


标准试验指——试具 B 使用说明书

一、概述：

标准试验指东莞安规检测技术有限公司型号是 AG-IEC61032PB，该试验指是根据 IEC61032 Figure 2/GB/T16842 图 2 要求制作，同时满足 IEC 60335-1/GBGB4706.1，IEC60529/GB4208 IP2X 试具 B 要求。该试验指在 IP 防护测试中用于模拟手臂，主要用于 IP 防护等级测试的第一位特征数字 2、及附加字母 B 项目的测试。在防止接近危险部件的试验要求中，B 型试验探棒需带 10 ± 3 N 推力，具体标准可能有不同要求。

二、使用方法：

- ◆ 如图所示，标准试验指的关节部分不能触及带电部件或不能接近危险部件，并且 50mm-20mm 的挡板不能进入。
- ◆ 防止接近危险部件的试验要求中，B 型试验探棒需带 10 ± 3 N 推力。一般配合推拉力计使用。
- ◆ 在防触电测试中，需要接线和配置电源（单独配置）、灯泡装置。



三、注意事项：

- ◆ 标准试验探棒为精密不锈钢产品，使用中轻拿轻放，注意保养。
- ◆ 标准试验指为精密不锈钢产品，使用中请佩戴手套，轻拿轻放，注意日常保养。